

Утверждаю:
 и.о. главный врач
КГП «Костанайская районная больница»
Шатерников В.В.

Техническая спецификация

№ п/п	Критерии	Описание			
1	Наименование медицинской техники (далее – МТ) <i>(в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны)</i>	Специализированная тележка ультразвуковой диагностической системы			
2	Наименование МТ, относящейся к средствам измерения	Специализированная тележка ультразвуковой диагностической системы			
3	Требования к комплектации	<i>№ п/п</i>	<i>Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)</i>	<i>Техническая характеристика комплектующего к МТ</i>	<i>Требуемое количество (с указанием единицы измерения)</i>
		Основные комплектующие			
			Тележка	Специализированная тележка ультразвуковой диагностической системы Регулируемая по высоте 823,8-1003,8 мм Ширина не более 541,4 мм	1 шт.