




Атвержаю: И.О. Главного врача
 «КПТ «Костанайская районная больница»
 Шатерников В.В.

Техническая спецификация

№ п/п	Критерии	Описание
1	Наименование медицинских изделий ТСО (далее - МИ) (в соответствии с государственным реестром МИ с указанием модели, наименования производителя, страны)	Аппарат универсальный магнитотерапевтический
2	Наименование медицинских изделий ТСО (далее - МИ), относящихся к средству измерения с указанием модели, наименования производителя, страны)	
3	Требования к комплектации	<p>Наименование комплектующего к МИ (в соответствии с государственным реестром МИ)</p> <p>Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ</p> <p>Требуемое количество (с указанием единицы измерения)</p>
1.	Аппарат универсальный магнитотерапевтический	<p>Комплект поставки</p> <p>Аппарат универсальный магнитотерапевтический 2 шт.</p> <p>предназначен для проведения процедур магнитотерапии низкочастотным полем (НЧМП), в том числе:</p>

4	Требования к условиям эксплуатации	Гарантия – 12 месяцев	
5	Условия осуществления поставки МИ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)	DDP пункт назначения	
			<p>переменным магнитным полем (ПМП);</p> <ul style="list-style-type: none"> • импульсным магнитным полем (ИМП); • импульсным магнитным полем (ИМП); • импульсирующим магнитным полем (ИМП); • потребляемая мощность - до 100 Вт; • Частота переменного МП, в диапазоне - 0,1 – 200 Гц; • Габаритные размеры - не менее 320x300x105 мм; • Масса прибора, не более - 3,0 кг; • Величина действующего МП на поверхности излучателя - 50 мТл; • Амплитуда импульсного МП на поверхности излучателя - 150 мТл. <p>Комплект поставки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • индуктор ИМП-О1 –предназначен для воздействия на 1 поле ИМП-О2 (двухкрупной) предназначенный для воздействия на два поля синхронно (парные органы, биатерально на сустав и т.п.) - 1 шт. • индуктор ИМП-КМ6 (шестикрупной) предназначенный для воздействия на шесть полей синхронно (с возможностью группировки части или всех индукторов) - 1 шт. • трафарет для индуктора ИМП-О1 - 1 шт. • трафарет для индуктора ИМП-О2 - 2 шт. • трафарет для индуктора ИМП-КМ6 - 4 шт. • лента силиконовая - 3 шт.

6	Срок поставки МИ и место дислокации	60 календарных дней после подписания договора Адрес: г.Тобыл, ул.Чапаева, 36/5
7	Условия гарантийного и дополнительного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	<p>Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлению отдельных частей МИ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий <p>Сервисное обслуживание медицинских изделий 2а, 2б и 3 классов безопасности осуществляется сервисными службами производителя медицинского изделия или сервисными службами, имеющими документальное подтверждение от производителя медицинского изделия на право проведения сервисного обслуживания (Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-273/2020. «Об утверждении Правил осуществления сервисного обслуживания медицинских изделий в Республике Казахстан»)</p>