

Протокол об итогах государственных закупок способом тендера по закупке Морозильник медицинский №1

Способом тендера по постановлению Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 «Правила организации и проведения закупки лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг»

г. Тобыл

27.01.2021г.

1. Тендерная комиссия в составе:

1. Шатерников В.В. – и.о. главный врач, председатель тендерной комиссии
2. Бажирова К.С. – главный бухгалтер, член комиссии
3. Антоненко А.А. - юрист, член комиссии
- Тарабаева А.З. – специалист по государственным закупкам, секретарь тендерной комиссии

КТП «Костанайская районная больница» провела закуп способом тендера следующего товара:

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена,тенг	Сумма, тенге
1	Морозильник медицинский	штук	2	1 396 000	2 792 000

2. Сумма, выделенная для закупки 2 792 000,00 (Два миллиона семьсот девяносто две тысяч) тенге 00 тынг

Техническая спецификация

Морозильная камера – объем не менее 200 литров (требуемое количество – 2 штуки)

Тип шкафа – вертикальный.

Температура в морозильной камере – не более °С -40...-20°С.(возможность регулировки)

Производительность Охлаждения - 40°С.

Наличие термодарты – да.

Тарабаева

Шатерников

Бажирова

Номинальная потребляемая мощность, Вт ≈ 250.

Напряжение, В ≈ 220.

Многопроцессорный контроль, цифровой дисплей для отображения температуры

Контролер с сигналом о повышенной или сниженной температуре

Дверь – одна.

Гарантийный срок сервисного не менее 37 месяцев с даты ввода в эксплуатацию

Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) - DDP пункт назначения

3. Тендерную заявку на участие в тендере представили следующие потенциальные поставщики:

№	Наименование поставщика,	БИН (ИН)	Дата и время подачи заявки
1	ТОО «ОраМед Костанай», г. Костанай, ул. Карбышева, 2, оф.307	131140026382	20.01.2021 год 10 часов 40 минут
2	ТОО «ДиАКИТ», г. Караганда, Октябрьский район, мкр.19, д.40а	160640027450	20.01.2021 год 10 часов 29 минут
3	ТОО «MedTechService», г. Алматы, Аксай 3А, д.59	111240014379	20.01.2021 год 08 часов 43 минут

После истечения срока предоставления ценовых предложений заявки не поступали.
Потенциальные Поставщики, при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями присутствовали:

- ТОО «ДиАКИТ» – Басов Роман Сергеевич (доверенность №6 от 05.01.2021 год)
- ТОО «ОраМед Костанай» - Дюшко Елена Викторовна (доверенность от 14.01.2021 год)

ТОО «ДиАКИТ», г. Караганда, Октябрьский район, мкр.19, д.40а

Техническая спецификация.

Лот №1: Морозильная камера для хранения вакцины против коронавирусной инфекции сверхнизкой температуры -40°С

Морозильник сверхнизкой температуры -40°С	Тип Шкафа	В вертикальном положении
	Емкость (л)	270 л





Басов

Дюшко

Дюшко

[Handwritten signature]

500*460*1235	Внутренний размер (Ш*Д*В)мм
700*640*1792	Внешний размер (Ш*Д*В)мм
815*755*2040	Размер упаковки (Ш*Д*В)мм
94/102	Масса Нетто/Брутто (кг)
Производительность	
-20~-40°C	температурный диапазон
16-32°C	температура окружающей среды
-40°C	Производительность охлаждения
N	Климатический Класс
Микропроцессор	Контролер
Цифровой дисплей	Дисплей
Охлаждение	
1 шт	Компрессор
Прямое охлаждение	Способ Охлаждения
Инструкция	Режим Размораживания
Хладагент R290	Хладагент
100	Толщина изоляции (мм)
Конструкция	
Внешний Материал	
Материал с порошковым покрытием	
Внутренний Материал	
Алюминиевая пластина с напылением	
Выдвижной ящик	
Да	Дверной замок с ключом
1	Дверь
1шт. Ø 25 мм	Порт Дступа
2+(2 ролика с тормозом)	Ролики
Оповещения	
Высокая / низкая температура,	
Открыта дверь	
Отказ датчика температуры	
Система	

Электричество	
Источник питания(В/Гц)	220/50
Номинальная Мощность(Вт)	255
Входная Мощность(Вт)	575
Потребляемая мощность(Втч/24ч)	2.86
Номинальный Ток(А)	2.63
Условия осуществления поставки МИ(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)	DDP пункт назначения
Срок поставки МИ и место дислокации	30 календарных дней с момента подписания договора Адрес: КТП «Костанайская районная больница» УЗАО, Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, мкр.Дорожник, 1 этаж
Условия гарантийного обслуживания и дополнительного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Гарантийное обслуживание обслуживания МИ 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание проводится 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей МИ; - замену или восстановление отдельных частей МИ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - очистку, смазку и при необходимости перестройку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделия

Вашингтон

Том

Дав

М/М

Товар новый и ранее неиспользованный, мы принимаем на себя обязательства по предоставлению излгий медцинского назначения, эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами совместимое с программным обеспечением установленного оборудования конечного покупателя. Мы обеспечиваем сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставляем Заказчику график проведения сервисного обслуживания работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то мы обязаны на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медцинской техники не превышает пятидцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медцинской техники (при необходимости замены запасных частей срока ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фоторафии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о проведении сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см, высота 200 см). Доставка к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляется поставщик.

Договор

№ 1


1

ТОО «ОрдаМед Костанай», г. Костанай, ул. Карбышева, 2, оф.307

Лот №1

Морозильная камера

Технические характеристики
на лабораторный холодильный компрессор ХЛ-340 Pozis



400
270
130
2
2080
610
650

Общий объем, л.
Объем холодильной камеры, л.
Объем морозильной камеры/НТО, л.
Количество компрессоров, шт.
Высота, мм
Глубина без ручки, мм
Глубина с ручкой, мм

Результат

Договор

№ 1

М/М

Ширина, мм

Масса, кг., не более

Масса холодильника с металлическими дверями верхней и нижней камер, кг

Максимальная номинальная мощность холодильной камеры, Вт

Максимальная номинальная мощность морозильной камеры, Вт

Напряжение, В

Гарантия, год

Итоговый отчет о пре-квалификации на соответствие требованиям Надлежащей

Практики Дистрибуции ЕАЭС

Дополнительные прозрачные дверки, препятствующие нежелательному

воздухообмену между отделениями

Гарантия, год

Низкотемпературное отделение (НТО)

Номинальная потребляемая мощность морозильной камеры, Вт

Холодильная камера

Температура в холодильной камере, °С Регулирование высоты полок

600

98

91

165

140

220

1

наличие

наличие

1

130

+2...+15
есть

Ваш

Розничная

Серия

М/М

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature on the left and several smaller ones to the right.

Сроки поставки - 30 рабочих дней

Вес товара нетто, кг
Вес товара брутто, кг
Объем товарной упаковки, м³
Длина товарной упаковки, м
Ширина товарной упаковки, м
Высота товарной упаковки, м

91-98
97-104
0,876
0,65
0,63
2,14

Организованные гарантии товара с упаковкой

Потребление электроэнергии, кВт*ч/сутки
Климатический класс
Частота, Гц

1.84
УХЛ 4.2
50

Эффективность и энергопотребление

Температура в морозильной камере, °С

-25...-10

Морозильная камера

Наличие термодатчиков
Номинальная потребляемая мощность холодильной камеры, Вт

150
да

Техническая спецификация

№ п/п	Критерии	Описание				
1	Наименование медпипинской техники	DW - FL270, Zhongke Meiling Cryogenics Co.,Ltd , Китай				
2	Наименование МТ, относящаяся к средствам измерения	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1008 909 1332 981">Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)</td> <td data-bbox="291 909 1008 981">Техническая характеристика комплектующего к МТ</td> <td data-bbox="67 909 291 981">Требуемое количество (с указанием единицы измерения)</td> </tr> </table>	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)	Техническая характеристика комплектующего к МТ	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)	
Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)	Техническая характеристика комплектующего к МТ	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)				
3	Требования к комплектации	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1321 782 1415 981">№ п/п</td> <td data-bbox="1008 782 1321 981">Основные комплектующие</td> <td data-bbox="291 782 1008 981"> Морозильник Медицинский Тип шкафа – в вертикальном положении. Емкость (л) – 270 Внутренний размер (Ш*Д*В) мм – 500*460*1235 Внешний размер (Ш*Д*В) мм – 700*640*1792 Размер упаковки (Ш*Д*В) мм – 815*755*2040 Масса Нетто/Брутто (кг) – 94/102 Производительность Температурный диапазон - -20~-40°C Температура окружающей среды - 16-32°C Производительность Охлаждения - -40°C Классический класс – N Контроллер – Микропроцессор Дисплей – Цифровой дисплей </td> <td data-bbox="67 782 291 981">2 шт.</td> </tr> </table>	№ п/п	Основные комплектующие	Морозильник Медицинский Тип шкафа – в вертикальном положении. Емкость (л) – 270 Внутренний размер (Ш*Д*В) мм – 500*460*1235 Внешний размер (Ш*Д*В) мм – 700*640*1792 Размер упаковки (Ш*Д*В) мм – 815*755*2040 Масса Нетто/Брутто (кг) – 94/102 Производительность Температурный диапазон - -20~-40°C Температура окружающей среды - 16-32°C Производительность Охлаждения - -40°C Классический класс – N Контроллер – Микропроцессор Дисплей – Цифровой дисплей	2 шт.
№ п/п	Основные комплектующие	Морозильник Медицинский Тип шкафа – в вертикальном положении. Емкость (л) – 270 Внутренний размер (Ш*Д*В) мм – 500*460*1235 Внешний размер (Ш*Д*В) мм – 700*640*1792 Размер упаковки (Ш*Д*В) мм – 815*755*2040 Масса Нетто/Брутто (кг) – 94/102 Производительность Температурный диапазон - -20~-40°C Температура окружающей среды - 16-32°C Производительность Охлаждения - -40°C Классический класс – N Контроллер – Микропроцессор Дисплей – Цифровой дисплей	2 шт.			

Директор

Инж

[Handwritten signature]

	4	Требования к условиям эксплуатации
<p>Охлаждение Компрессор – 1 шт Способ охлаждения – прямое охлаждение Режим размораживания – индукция Хладагент – Хладагенте R290 Толщина изоляции (мм) – 100 Конструкция Внешний материал – материал с порошковым покрытием Внутренний материал – алюминиевая пластина с напылением Выдвижной ящик – 7 (ABC) Дверной замок с ключом. Дверь – 1 Порт Доступа – 1 шт. Ø 25 мм Ролики – 2+(2 ролика с тормозом) Оповещения Температура – высокая/низкая температура Конструкция – открыта дверь Система – отказ датчика температуры Электричество Источник питания (В/Гц) – 220/50 Номинальная мощность (Вт) – 255 Входная мощность (Вт) – 575 Потребляемая мощность (кВтч/24ч) – 2.86 Номинальный ток (А) – 2.63</p>	5	Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
20 календарных дней с момента заключения договора	6	Срок поставки МТ и место дислокации
Адрес: Костанайская область, Костанайский Р-он, г. Тобыл, мкр. Дорожник	7	Условия гарантийного и
Гарантийное сервисное обслуживание МТ 37 месяцев. Работы по техническому		

Степанов

Т. С.

Давы

М

<p>обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включаться в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - замену отработавших ресурс составных частей; - замену или восстановление отдельных частей МТ; - замену или восстановление отдельных частей МТ; - замену или восстановление отдельных частей МТ; - очистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделия 	<p>дополнительного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц</p>
--	---

4. На основании Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 тендерная комиссия решила отклонить следующие тендерные заявки для участия в тендере:

ТОО «MedTechService», г. Алматы, Аксай 3А, д.59

- Анализ тендерной заявки показал, что:
- Согласно пп.8 п.80 Правил организации и проведения закупки лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг Потенциальный поставщик не предоставил подписанный оригинал справки банка об отсутствии просроченной задолженности;
 - Согласно пп.20 п.80 Правил организации и проведения закупки лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг тендерная заявка имеет более короткий срок, чем указано в тендерной документации;
 - Согласно пп.23 п.80 Правил организации и проведения закупки лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг Потенциальный поставщик представил тендерную заявку с непромульвованными страницами;
 - Согласно пп.1 п.21 Главы 4 Правил организации и проведения закупки лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг Потенциальный поставщик не представил письмо уполномоченного органа в области здравоохранения об отсутствии ретистрации услуг Потенциального поставщика

медицинского изделия.

ТОО «ДиАКИТ», г. Караганда, Октябрьский район, мкр.19, д.40а

- Анализ тендерной заявки показал, что:
- Согласно пп.20 п.80 Правил организации и проведения закупки лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг тендерная заявка имеет более короткий срок, чем указано в тендерной документации;

(Handwritten signatures and marks)

- Согласно пп. 1 и 21 Главы 4 Правил организации и проведения закупки лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг Потенциальный поставщик не представил письмо уполномоченного органа в области здравоохранения об отсутствии регистрации медицинских изделий;

ТОО «ОрдМед Костанай», г. Костанай, ул. Карбышева, 2, оф.307

Анализ тендерной заявки показал, что:

- Согласно пп. 12 п. 80 Правил организации и проведения закупки лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг представляемая потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует требованиям тендерной документации

На основании главы 9 Постановления Правительства Республики Казахстан №1729 от 30.10.2009 года тендерная комиссия решила признать закуп способом тендера по закупке медицинского оборудования (Морозильная камера) несостоявшимся так как не допущен ни один потенциальный поставщик.

Организатору государственных закупок КТП «Костанайская районная больница» УЗАО разместить информацию об итогах проведенных государственных закупок способом тендера на интернет-ресурсе Заказчика.

Председатель комиссии:

Штерников В.В. – и.о. главный врач



Handwritten signature in blue ink.

Члены комиссии
Бажинова К.С. – главный бухгалтер
Антоненко А.А. – юрист

Тарабаева А.З. – специалист по государственным закупкам

Handwritten signature in blue ink.