

Утверждаю:  
 и.о. главный врач  
 КГП «Костанайская районная больница»  
 Шатерников В.В.



## Техническая спецификация

Общий объем, л.	не менее 400
Объем холодильной камеры, л.	не менее 270
Объем морозильной камеры/НТО, л.	не менее 130
Количество компрессоров, шт.	2
Высота, мм	не более 2080
Глубина без ручки, мм	не более 610
Глубина с ручкой, мм	не более 650
Ширина, мм	не более 600
Масса, кг., не более	98
Масса холодильника с металлическими дверями верхней и нижней камер, кг	91
Максимальная номинальная мощность холодильной камеры, Вт	165
Максимальная номинальная мощность морозильной камеры, Вт	140
Напряжение, В	220
Гарантия, год	1
Итоговый отчет о пре-квалификации на соответствие требованиям Надлежащей Практики Дистрибуции ЕАЭС	наличие
Дополнительные прозрачные дверки, препятствующие нежелательному воздухообмену между отделениями	наличие
Гарантия, год	1
<b>Низкотемпературное отделение (НТО)</b>	
Номинальная потребляемая мощность морозильной камеры, Вт	130
<b>Холодильная камера</b>	
Температура в холодильной камере, °С	+2... +15
Регулирование высоты полок	есть
Наличие термокарты	да
Номинальная потребляемая мощность холодильной камеры, Вт	150
<b>Морозильная камера</b>	
Температура в морозильной камере, °С	-25...-10
<b>Эффективность и энергопотребление</b>	
Потребление электроэнергии, кВт*ч/сутки	1.84
Климатический класс	УХЛ 4.2
Частота, Гц	50

***Ориентировочные габариты товара с упаковкой***

Вес товара нетто, кг	91-98
Вес товара брутто, кг	97-104
Объем товарной упаковки, м <sup>3</sup>	0,876
Длина товарной упаковки, м	0,65
Ширина товарной упаковки, м	0,63
Высота товарной упаковки, м	2,14

**Сроки поставки 30 рабочих дней**