



Утверждаю:
и.о. главного врача
КГП «Костанайская районная больница»
Шатерников В.В.

Техническая спецификация

№ п/п	Критерии	Описание			
1	Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны)	Штурвал для разработки плечевого и локтевого суставов			
2	Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны)	не является средством измерения			
3	Требования к комплектации	№ п/п	<i>Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО)</i>	<i>Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО</i>	<i>Требуемое количество (с указанием единицы измерения)</i>
			<i>Основные комплектующие</i> 1 Штурвал для разработки плечевого и локтевого суставов	Штурвал для реабилитации плечевого и локтевого суставов. Активные упражнения, пассивная мобилизация, проприоцептивные упражнения. Мобильный металлический штатив с транспортировочными роликами; Регулируемое по высоте (72–148 см) колесо диаметром 100 см позволяет подстроиться под различные упражнения и разных пациентов; Возможность тренировки как сидя, так и стоя; Регулировка сопротивления; В комплекте набор дополнительных аксессуаров (локтевой упор, поддержка локтя, центральная рукоятка, набор грузов); Включает методичку и видео с упражнениями; Габариты: не менее 174x100x52 см. Контроль сопротивления с 8 шагами	1 шт.

	Настройки: Nm 0 ÷ 1,8 Вес: не более 29 кг.		
4	Гарантия 12 месяцев		Требования к условиям эксплуатации
5	DDP пункт назначения		Условия осуществления поставки МИ ТСО <i>(в соответствии с ИНКТЕРМС 2010)</i>
6	90 календарных дней Адрес: г.Тобыл, ул. Чапаева, 36/5		Срок поставки МИ ТСО и место дислокации
7	Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатации документацией и должны включаться в себя: - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделия	Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике