

и.о. главного врача
 Шатерников В.В.
 КТЦ «Костанайская районная больница»
 г.Тверь



Техническая спецификация

№ п/п	Критерии	Описание						
1	Наименование медицинского изделия, (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны)	Стенд мануальных навыков «Одежда»						
2	Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны)	не является средством измерения						
3	Требования к комплектации	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1025 726 1489 925"> № п/п комплетирующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО) </td> <td data-bbox="398 726 1025 925"> Наименование модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплетирующего к МИ ТСО </td> <td data-bbox="152 726 398 925"> Требуемое количество (с указанием единицы измерения) </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1025 148 1489 726">1</td> <td data-bbox="398 148 1025 726"> Стенд мануальных навыков «Одежда» </td> <td data-bbox="152 148 398 726"> 1 шт. </td> </tr> </table>	№ п/п комплетирующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО)	Наименование модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплетирующего к МИ ТСО	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)	1	Стенд мануальных навыков «Одежда»	1 шт.
№ п/п комплетирующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО)	Наименование модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплетирующего к МИ ТСО	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)						
1	Стенд мануальных навыков «Одежда»	1 шт.						

Спираль в вертикальной поверхности

Показания к применению тренажёра

- Обучение маленьких детей новым навыкам;
- Работа с пациентами с ДЦП;
- Работа с пациентами с поражением периферической нервной системы;
- Работа с пациентами после травм спинного или головного мозга;
- Работа с пациентами с функциональными нарушениями организма у пациентов, перенесших инсульт или инфаркт;
- Восстановление пациентов с травмами позвоночника;
- Восстановление пациентов после тяжелых черепно-мозговых травм;
- Восстановление навыков у пациентов с ревматическими заболеваниями;
- Использование при адаптационных программах для людей, страдающих психическими заболеваниями, для детей с отклонениями в развитии и поведении;
- Работа с пациентами при ортопедических заболеваниях;
- Работа с пациентами с нарушением координации, расстройством внимания, нарушением концентрационной способности, реакций, равновесия, расстройства мелкой моторики;
- Восстановление навыков у пациентов при геронтологических заболеваниях, как болезнь Паркинсона или Альцгеймера, при рассеянном склерозе

Технические характеристики стенда:

Длина не более	мм	905
Ширина не более	мм	405
Высота не более	мм	130
Масса не более	кг	6

4	Требования к условиям эксплуатации	Гарантия 12 месяцев
5	Условия осуществления поставки МИ ТСО <i>(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)</i>	DDP пункт назначения
6	Срок поставки МИ ТСО и место дислокации	90 календарных дней Адрес: г.Тобыл, ул.Чапаева, 36/5
7	Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий