

**Объявление №88**  
**о закупе способом запроса ценовых предложений согласно Постановления**  
**Правительства РК от 04 июня 2021 года №375**

Срок объявления: с 15.00 часов 15 октября 2021 года  
до 16.00 часов 25 октября 2021 года.

**Заказчик: КГП «Костанайская районная больница» Управления Здравоохранения акимата**  
**Костанайской области**

РНН 390800010534

БИН 950640000731

ИИК KZ1896513F0007531023

Филиал АО "ForteBank" в г. Костанай

БИК IRTYKZKA

тел: 8/714 55/ 3 75 27 (специалист по ГЗ)

т/факс: 2 11 55 (приемная), 2 24 53 (гл.врач)

e-mail: [tarabaeva\\_anna@mail.ru](mailto:tarabaeva_anna@mail.ru)

Интернет-ресурс: [www.kostanay-crb.kz](http://www.kostanay-crb.kz)

**Наименование товара:**

№ п/п	Наименование ТОО «SanMed Plus»	Техническая характеристика	Ед.изм	Кол-во	Цена, тг	Сумма, тг
1	Сыворотка для клинико-химической калибровки (Clinical Chemical Calibration Serum)	Калибровочный раствор приготовлен на основе биоматериала человека, предназначен для калибровки клинического определения ряда биохимических показателей калибровки на биохимическом анализаторе CS-T240 следующих аналитов: ALB, ALP, ALT, AMY, AST, BUN, UREA, Ca-CPC, Ca-ARS, CHE, CK, CL, CO2, CRE, CRE-ENZYME, D-BIL, D-BIL-V, GGT, GLDH, GLU-HK, GLU-OX, HBDH, K, LAP, LDH, Mg-XB, Na, P-AMY, PHOS, TB, TB-V, TBA, TC, TG, TP, UA, Zn,Fe,TIBC. АСР. Фасовка 5 мл х 4.	набор	3	108 100	324 300
2	Сыворотка для клинико-химического контроля качества Уровень 1 (Clinical Chemical Quality Control Serum Level 1)	Контрольный материал «Сыворотка контрольная для биохимических исследований уровень 1», лиофилизированный препарат от светло-желтого до светло-кремового цвета для оценки точности и воспроизводимости на биохимическом анализаторе CS-T240 следующих параметров: ALB, ALP, ALT, AMY, AST, BUN, UREA, Ca-CPC, Ca-ARS, CHE, CK, CL, CO2, CRE, CRE-ENZYME, D-BIL, D-BIL-V, GGT, GLDH, GLU-HK, GLU-OX, HBDH, K, LAP, LDH, Mg-XB, Na, P-AMY, PHOS, TB, TB-V, TBA, TC, TG, TP, UA, Zn,Fe,TIBC. АСР. Фасовка 5 мл х 4	набор	3	99 400	298 200
3	Сыворотка для клинико-химического контроля качества Уровень 2 (Clinical Chemical Quality Control Serum Level 2)	Контрольный материал «Сыворотка контрольная для биохимических исследований уровень 2 », лиофилизированный препарат от светло-желтого до светло-кремового цвета для оценки точности и воспроизводимости на биохимическом анализаторе CS-T240 следующих параметров: ALB, ALP, ALT, AMY, AST,	набор	3	73 100	219 300

